Szczegółowa specyfikacja sprzętu ratowniczego dla służb ratownictwa wodnego – sprzęt specjalistyczny do kwalifikowanej pierwszej pomocy- deski ortopedyczne, torby ratownicze PSP/WOPR R1, defibrylatory AED

I. PRZEZNACZENIE DOKUMENTU

Specyfikacja Techniczna ma na celu określenie wymagań, jakie musi spełniać sprzęt specjalistyczny do kwalifikowanej pierwszej pomocy- deski ortopedyczne, torby ratownicze PSP/WOPR R1, defibrylatory AED:

- w zakresie wymagań technicznych i bezpieczeństwa użytkowania,
- w odniesieniu do wymaganej dokumentacji technicznej, badań i metodologii badań, oznakowania oraz oznaczenia wyrobu.

II. ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU

Specyfikacja techniczna przeznaczona jest do wykorzystania, jako załącznik opisujący przedmiot zamówienia na dostawę deski ortopedyczne, torby ratownicze PSP/WOPR R1, defibrylatory AED, przeznaczonych do realizacji zadań ustawowych przez Krakowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Krakowie.

III. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla sprzęt specjalistyczny do kwalifikowanej pierwszej pomocy- deski ortopedyczne, torby ratownicze PSP/WOPR R1, defibrylatory AED dla Krakowskie Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przeznaczonego do działań ratowniczych, patrolowych i interwencyjnych.

IV. WYMAGANIA STANDARDOWE DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Deski ortopedyczne 4 szt.

1.1. Wymagania formalne

- Deski ortopedyczne muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku.
- Deski ortopedyczne muszą spełniać wymagania obowiązujących przepisów dotyczących wyrobów medycznych, w szczególności rozporządzenia Parlamentu

Projekt „Bezpieczna Małopolska- Bon na Ratowanie- Ochotnicze Pogotowia Ratunkowe" współfinansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 Priorytet 2. Fundusze Europejskie dla środowiska, Działanie 2.11 Wsparcie służb ratunkowych, typ projektów A. Zabezpieczenie potrzeb służb ratowniczych.

Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (MDR), jeżeli znajdują zastosowanie do oferowanych produktów.

- Deski ortopedyczne muszą posiadać wymagane prawem oznakowanie CE oraz dokumentację potwierdzającą zgodność z obowiązującymi wymaganiami.
- Deski ortopedyczne wraz z wyposażeniem muszą być wolne od wad prawnych, materiałowych i konstrukcyjnych oraz gotowe do użytkowania bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów.
- Deski ortopedyczne muszą posiadać instrukcję użytkowania w języku polskim.
- Deski ortopedyczne muszą być objęte gwarancją na okres minimum 24 miesięcy od daty dostawy.

1.2 Wymagania techniczne

- Deska ortopedyczna musi być przeznaczona do unieruchamiania, stabilizacji i transportu osób poszkodowanych, w tym podczas prowadzenia działań ratownictwa wodnego.
- Deska musi być wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego PE (polietylenu), odpornego na uszkodzenia mechaniczne, działanie wody, wilgoci oraz zmiennych warunków atmosferycznych.
- Deska musi posiadać konstrukcję zapewniającą dodatnią pływalność, umożliwiającą jej wykorzystanie podczas działań ratowniczych w środowisku wodnym.
- Konstrukcja deski musi umożliwiać użytkowanie dla osób dorosłych.
- Deska musi posiadać minimum 4 pasy zabezpieczających poszkodowanego przed przemieszczaniem się podczas transportu.
- Pasy muszą posiadać regulację długości oraz system szybkiego zapinania i odpinania.
- Deska musi być wyposażona w stabilizator głowy składający się z dwóch bocznych bloków stabilizacyjnych wykonanych z pianki lub materiału o równoważnych właściwościach amortyzujących np. materiał
- Bloki stabilizacyjne głowy muszą być mocowane do deski za pomocą systemu rzepów, umożliwiającego ich regulację, szybki montaż i demontaż.
- Stabilizator głowy musi posiadać dodatkowe pasy mocujące umożliwiające stabilizację głowy poszkodowanego.
- Deska musi posiadać rozmieszczone po obu stronach uchwyty transportowe umożliwiające bezpieczne przenoszenie poszkodowanego przez ratowników.

Projekt „Bezpieczna Małopolska- Bon na Ratowanie- Ochotnicze Pogotowia Ratunkowe" współfinansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 Priorytet 2. Fundusze Europejskie dla środowiska, Działanie 2.11 Wsparcie służb ratunkowych, typ projektów A. Zabezpieczenie potrzeb służb ratowniczych.

- Uchwyty muszą być zintegrowane z konstrukcją deski oraz umożliwiać pewny chwyt również w rękawicach ratowniczych.
- Powierzchnia deski musi być gładka, nienasiąkliwa, łatwa do czyszczenia oraz odporna na działanie środków dezynfekcyjnych.
- Konstrukcja deski musi być odporna na korozję i nie może posiadać ostrych krawędzi mogących powodować obrażenia poszkodowanego.
- Deska musi posiadać nośność minimum 130 kg.
- Deska musi umożliwiać wykonywanie badań RTG bez konieczności przekładania poszkodowanego, zgodnie z deklaracją producenta.
- Konstrukcja deski musi zapewniać możliwość bezpiecznego transportu i przechowywania w pojazdach oraz jednostkach ratowniczych.

Wymagane wyposażenie

- Każdy kompletny zestaw musi zawierać:
- Deska ortopedyczna wykonana z tworzywa PE – 1 szt.
- Pasy zabezpieczające z regulacją długości – minimum 5 szt.
- Stabilizator głowy z dwoma piankowymi blokami bocznymi, mocowanymi za pomocą rzepów – 1 komplet.
- Pasy mocujące głowę poszkodowanego – 1 komplet.
- Instrukcja użytkowania w języku polskim – 1 szt.
- Deski ortopedyczne muszą być oznakowane w następujący sposób, zgodnie z wytycznymi zamawiającego:
  - naklejka w widocznym miejscu lub naszywka lub grawer lub inny trwały sposób oznakowania
  - zapis „Zakup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej”
  - naklejki zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji

2. Torby ratownicze PSP/WOPR R1 4 szt.

2.1. Wymagania formalne

- Torby ratownicze PSP/WOPR R1 muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi wyposażenia zestawów R1.

Projekt „Bezpieczna Małopolska- Bon na Ratowanie- Ochotnicze Pogotowia Ratunkowe” współfinansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 Priorytet 2. Fundusze Europejskie dla środowiska, Działanie 2.11 Wsparcie służb ratunkowych, typ projektów A. Zabezpieczenie potrzeb służb ratowniczych.

- Wyposażenie medyczne zestawów musi spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa oraz posiadać wymagane oznakowanie CE i dokumenty potwierdzające zgodność, jeśli dotyczą danego wyrobu.
- Torby ratownicze PSP/WOPR R1 wraz z wyposażeniem muszą być fabrycznie nowe.
- Torby ratownicze PSP/WOPR R1 winny być wolne od wad prawnych, materiałowych i konstrukcyjnych oraz gotowe do użytku bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów i inwestycji.
- Torby ratownicze PSP/WOPR R1 muszą być dostarczone z kompletnym wyposażeniem, zgodnym ze szczegółową specyfikacją zamówienia.
- Wszystkie materiały medyczne wchodzące w skład zestawów muszą posiadać ważne terminy przydatności do użycia oraz oryginalne, nieuszkodzone opakowania.
- Torby ratownicze PSP/WOPR R1 oraz elementy ich wyposażenia muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku.
- Wszystkie materiały medyczne i opatrunkowe posiadające określony termin ważności muszą mieć datę produkcji nie wcześniejszą niż 2026 rok oraz termin przydatności do użycia wynoszący minimum 24 miesiące od dnia dostawy.
- Daty produkcji oraz terminy ważności poszczególnych elementów wyposażenia muszą być czytelnie oznaczone na produktach lub ich opakowaniach, jeżeli producent przewiduje takie oznaczeni

2.2 Wymagania techniczne

Konstrukcja i wykonanie plecaka ratowniczego

- Zestaw ratowniczy R1 musi być umieszczony w plecaku ratowniczym przeznaczonym do transportowania i przechowywania sprzętu medycznego wykorzystywanego podczas działań ratowniczych.
- Plecak musi posiadać konstrukcję modułową, umożliwiającą segregację wyposażenia medycznego według jego przeznaczenia oraz szybki dostęp do poszczególnych grup sprzętu.
- Plecak musi posiadać komorę główną oraz wydzielone przegrody, kieszenie lub moduły organizacyjne, umożliwiające uporządkowane rozmieszczenie całego wyposażenia zestawu R1.

Projekt „Bezpieczna Małopolska- Bon na Ratowanie- Ochotnicze Pogotowia Ratunkowe" współfinansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 Priorytet 2. Fundusze Europejskie dla środowiska, Działanie 2.11 Wsparcie służb ratunkowych, typ projektów A. Zabezpieczenie potrzeb służb ratowniczych.

- Plecak musi być wyposażony w wyjmowane moduły organizacyjne w formie saszetek lub pojemników, umożliwiających niezależne przenoszenie wybranych elementów wyposażenia.
- Moduły organizacyjne muszą posiadać możliwość wielokrotnego wyjmowania i ponownego mocowania wewnątrz plecaka.
- Poszczególne moduły muszą być oznaczone kolorystycznie, opisowo lub za pomocą piktogramów, umożliwiając szybką identyfikację zawartości.
- Plecak musi posiadać wydzielone i odpowiednio zabezpieczone miejsce do transportu butli z tlenem medycznym wraz z reduktorem.
- Konstrukcja plecaka musi zapewniać stabilne mocowanie butli tlenowej, uniemożliwiające jej przemieszczanie się podczas transportu.
- Plecak musi umożliwiać dostęp do reduktora tlenowego bez konieczności wyjmowania butli z plecaka.

Wodoszczelność i odporność na warunki atmosferyczne

- Plecak ratowniczy musi być wykonany z materiału wodoodpornego, odpornego na intensywne opady deszczu, zachlapania oraz działanie wilgoci.
- Plecak musi zapewniać ochronę całego przechowywanego wyposażenia medycznego przed przedostawaniem się wody do jego wnętrza podczas użytkowania
  w warunkach opadów atmosferycznych.
- Wodoszczelność plecaka musi obejmować nie tylko materiał zewnętrzny, ale również szwy, zamknięcia oraz miejsca łączenia poszczególnych elementów konstrukcyjnych.
- Zamknięcia plecaka muszą być zabezpieczone przed przenikaniem wody poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych, takich jak zamki bryzgoszczelne, osłony przeciwdeszczowe, szczelne zakładki lub rozwiązania równoważne zapewniające wymaganą ochronę.
- Plecak musi zachowywać właściwości ochronne podczas transportu i prowadzenia działań ratowniczych w warunkach długotrwałych opadów deszczu.
- Nie dopuszcza się plecaków, których jedynym zabezpieczeniem przed wilgocią jest impregnacja materiału zewnętrznego, bez skutecznego zabezpieczenia miejsc potencjalnego przenikania wody.
- Materiał zewnętrzny plecaka musi być odporny na przetarcia, rozdarcia, zabrudzenia oraz intensywną eksploatację w warunkach terenowych.

Projekt „Bezpieczna Małopolska- Bon na Ratowanie- Ochotnicze Pogotowia Ratunkowe" współfinansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 Priorytet 2. Fundusze Europejskie dla środowiska, Działanie 2.11 Wsparcie służb ratunkowych, typ projektów A. Zabezpieczenie potrzeb służb ratowniczych.

- Powierzchnia zewnętrzna plecaka musi umożliwiać wielokrotne mycie i dezynfekcję środkami do tego przeznacoznymi.

Ergonomia i transport

- Plecak musi posiadać regulowane, wzmacniane szelki umożliwiające wygodne przenoszenie na plecach.
- Plecak musi posiadać minimum dwa uchwyty transportowe umożliwiające przenoszenie w ręku.
- Spód plecaka musi być wykonany z materiału o podwyższonej odporności na ścieranie lub zabezpieczony dodatkowymi elementami wzmacniającymi np. guma.
- Plecak musi posiadać elementy odblaskowe poprawiające widoczność ratownika oraz wyposażenia podczas działań prowadzonych po zmroku.
- Plecak musi posiadać miejsce na oznakowanie jednostki ratowniczej oraz identyfikację zestawu R1.
- Konstrukcja plecaka musi umożliwiać jego stabilne ustawienie na podłożu podczas udzielania pomocy poszkodowanemu.
- Wymiary plecaka muszą umożliwiać umieszczenie całego wymaganego wyposażenia medycznego bez nadmiernego ściskania lub deformowania poszczególnych elementów.

Organizacja wyposażenia medycznego

- Wyposażenie musi być podzielone na moduły funkcjonalne, obejmujące co najmniej sprzęt do udrażniania dróg oddechowych i tlenoterapii, materiały opatrunkowe, sprzęt do tamowania krwotoków oraz pozostałe wyposażenie ratownicze.
- Moduły organizacyjne muszą być wykonane z materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne i umożliwiających czyszczenie oraz dezynfekcję.
- Moduły muszą posiadać zamknięcia zabezpieczające wyposażenie przed przypadkowym wysypaniem.
- Konstrukcja plecaka musi umożliwiać wymianę i uzupełnianie materiałów medycznych bez konieczności demontażu całego systemu organizacyjnego.
- Elementy wyposażenia wielokrotnego użytku muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem podczas transportu.

Wyposażenie zestawu R1

Projekt „Bezpieczna Małopolska- Bon na Ratowanie- Ochotnicze Pogotowia Ratunkowe" współfinansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 Priorytet 2. Fundusze Europejskie dla środowiska, Działanie 2.11 Wsparcie służb ratunkowych, typ projektów A. Zabezpieczenie potrzeb służb ratowniczych.

- Zestaw musi umożliwiać udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, zgodnie z obowiązującymi procedurami ratowniczymi.
- Wszystkie elementy wyposażenia muszą być wzajemnie kompatybilne, jeżeli ich prawidłowe użytkowanie wymaga współpracy z innymi elementami zestawu.
- Zestaw musi być dostarczony kompletny i gotowy do użytkowania, bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów.
- Wyposażenie każdego zestawu R1 musi zawierać co najmniej wyposażenie określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z dnia 24 czerwca 2026 r.
- Zestawy R1 muszą być oznakowane w następujący sposób, zgodnie z wytycznymi zamawiającego:
  - naklejka w widocznym miejscu lub naszywka lub grawer lub inny trwały sposób oznakowania
  - zapis „Zakup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej”
  - naklejki zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji.

3. Defibrylatory AED 2 szt.

3.1. Wymagania formalne

- Defibrylator AED musi być fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny i wyprodukowany w 2026 lub 2025 roku.
- Defibrylator AED musi być wyrobem medycznym spełniającym wymagania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (MDR) oraz obowiązujących przepisów krajowych dotyczących wyrobów medycznych.
- Defibrylator AED musi posiadać wymagane oznakowanie CE oraz odpowiednią deklarację zgodności UE.
- Urządzenie musi spełniać wymagania odpowiednich norm dotyczących bezpieczeństwa i działania defibrylatorów, w szczególności PN-EN 60601-1 oraz PN-EN 60601-2-4 lub norm równoważnych.
- Defibrylator AED musi posiadać instrukcję obsługi w języku polskim oraz obsługę w języku polskim.
- Defibrylator AED wraz z wyposażeniem musi być wolny od wad prawnych, materiałowych i konstrukcyjnych oraz gotowy do natychmiastowego użytkowania bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów.

Projekt „Bezpieczna Małopolska- Bon na Ratowanie- Ochotnicze Pogotowia Ratunkowe” współfinansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 Priorytet 2. Fundusze Europejskie dla środowiska, Działanie 2.11 Wsparcie służb ratunkowych, typ projektów A. Zabezpieczenie potrzeb służb ratowniczych.

- Bateria zasilająca urządzenie musi być fabrycznie nowa i zapewniać minimum 4 lata przewidywanej pracy w trybie gotowości, zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.
- Elektrody terapeutyczne muszą być fabrycznie nowe, w oryginalnym opakowaniu,

z terminem przydatności wynoszącym minimum 24 miesiące od dnia dostawy. AED musi posiadać elektrody pediatryczne oraz dla dorosłych.

- Defibrylator AED musi być objęty gwarancją producenta na okres nie krótszy niż 24 miesiące.

3.2 Wymagania techniczne

Charakterystyka urządzenia

- Defibrylator AED musi być urządzeniem przenośnym, półautomatycznym, przeznaczonym do udzielania pomocy osobom z nagłym zatrzymaniem krążenia.
- Urządzenie musi automatycznie analizować rytm serca poszkodowanego i określać konieczność wykonania defibrylacji.
- Wyzwolenie impulsu defibrylacyjnego musi następować po świadomym naciśnięciu przycisku przez ratownika, zgodnie z poleceniem urządzenia.
- Defibrylator musi wykorzystywać dwufazową technologię impulsu defibrylacyjnego.
- Energia defibrylacji musi być dostosowana do prowadzenia działań ratowniczych u osób dorosłych oraz dzieci.
- Urządzenie musi umożliwiać prowadzenie defibrylacji u pacjentów pediatrycznych poprzez odpowiedni tryb pracy, zastosowanie klucza pediatrycznego lub innego równoważnego rozwiązania.
- Defibrylator musi posiadać komunikaty głosowe w języku polskim, prowadzące ratownika przez kolejne etapy udzielania pomocy.
- Urządzenie musi przekazywać polecenia dotyczące prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
- Urządzenie musi automatycznie wykonywać testy diagnostyczne sprawdzające jego gotowość do pracy.
- Defibrylator musi posiadać czytelny wskaźnik gotowości do użycia oraz sygnalizację wykrytych nieprawidłowości.

Projekt „Bezpieczna Małopolska- Bon na Ratowanie- Ochotnicze Pogotowia Ratunkowe" współfinansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 Priorytet 2. Fundusze Europejskie dla środowiska, Działanie 2.11 Wsparcie służb ratunkowych, typ projektów A. Zabezpieczenie potrzeb służb ratowniczych.

- Defibrylator musi posiadać zabezpieczenie uniemożliwiające wykonanie defibrylacji w sytuacji, gdy analiza rytmu serca nie wskazuje na konieczność wyładowania.

Odporność na warunki atmosferyczne i uszkodzenia

- Defibrylator AED musi posiadać stopień ochrony obudowy przed wnikaniem pyłu i wody nie niższy niż IP55.
- Urządzenie musi być przystosowane do wykorzystywania podczas działań ratowniczych prowadzonych na zewnątrz budynków, w warunkach opadów deszczu, wilgoci i zapylenia.
- Obudowa urządzenia musi być odporna na uszkodzenia mechaniczne występujące podczas standardowego transportu i użytkowania ratowniczego.
- Urządzenie musi posiadać deklarowaną przez producenta odporność na upadek z wysokości minimum 1 metra.
- Urządzenie wraz z baterią i elektrodami musi posiadać masę nie większą niż 3 kg.
- Konstrukcja urządzenia musi umożliwiać jego obsługę w rękawiczkach ratowniczych.

Zasilanie i gotowość do pracy

- Defibrylator musi być zasilany niezależnym źródłem energii, niewymagającym stałego podłączenia do sieci elektrycznej.
- Urządzenie musi pozostawać w trybie gotowości do użycia, automatycznie monitorując stan techniczny i poziom zasilania.
- Defibrylator musi umożliwiać wymianę baterii i elektrod bez konieczności przeprowadzania specjalistycznych czynności serwisowych.

Wymagania techniczne – walizka ochronna AED

- Defibrylator AED musi być dostarczony w sztywnej, wodoszczelnej walizce transportowej, przystosowanej do użytkowania w trudnych warunkach terenowych i atmosferycznych.
- Walizka musi posiadać stopień ochrony przed wnikaniem pyłu i wody nie niższy niż IP67
- Walizka musi być wykonana z materiału odpornego na uderzenia, pęknięcia, odkształcenia oraz uszkodzenia mechaniczne.

Projekt „Bezpieczna Małopolska- Bon na Ratowanie- Ochotnicze Pogotowia Ratunkowe" współfinansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 Priorytet 2. Fundusze Europejskie dla środowiska, Działanie 2.11 Wsparcie służb ratunkowych, typ projektów A. Zabezpieczenie potrzeb służb ratowniczych.

- Walizka musi posiadać uszczelnienie obwodowe zapewniające szczelność po prawidłowym zamknięciu.
- Walizka musi posiadać trwałe zamknięcia zabezpieczające przed przypadkowym otwarciem podczas transportu.
- Walizka musi posiadać wygodny uchwyt transportowy.
- Walizka musi być odporna na zabrudzenia oraz umożliwiać wielokrotne czyszczenie i dezynfekcję.
- Walizka musi posiadać oznakowanie umożliwiające szybką identyfikację przechowywanego sprzętu jako defibrylator AED.
- Wymiary walizki muszą być dostosowane do oferowanego urządzenia i umożliwiać jego bezpieczny transport wraz z niezbędnym wyposażeniem.

Wymagane wyposażenie zestawu

W skład każdego kompletnego zestawu muszą wchodzić co najmniej:

- Defibrylator AED – 1 szt.
- Bateria zasilająca, kompatybilna z oferowanym urządzeniem – 1 szt.
- Komplet elektrod terapeutycznych przeznaczonych dla osób dorosłych oraz pediatrycznych – 1 kpl.
- Wyposażenie umożliwiające przeprowadzenie defibrylacji u dzieci, np. przełącznik trybu pediatrycznego lub inne rozwiązanie równoważne – 1 kpl.
- Wodoszczelna walizka ochronna o stopniu ochrony minimum IP67 – 1 szt.
- Instrukcja obsługi w języku polskim – 1 szt.
- Dokumentacja gwarancyjna i dokumenty wymagane przepisami prawa – 1 kpl.
- Defibrylatory AED muszą być oznakowane w następujący sposób, zgodnie z wytycznymi zamawiającego:
  - naklejka w widocznym miejscu lub naszywka lub grawer lub inny trwały sposób oznakowania
  - zapis „Zakup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej”
  - naklejki zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji

Projekt „Bezpieczna Małopolska- Bon na Ratowanie- Ochotnicze Pogotowia Ratunkowe” współfinansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 Priorytet 2. Fundusze Europejskie dla środowiska, Działanie 2.11 Wsparcie służb ratunkowych, typ projektów A. Zabezpieczenie potrzeb służb ratowniczych.